

## **Mammographie: Einzureichende Aufnahmen und Protokolle**

### **1. Mammographiegerät 2D + Tomosynthese + Biopsie**

- Protokoll d. **Abnahmeprüfung mit Festlegung der Bezugswerte**
- Referenzaufnahmen** d. tägl. und monatl. KP
- tägliche Konstanzprüfung:** Protokoll und Aufnahmen d. letzten 5
- monatliche Konstanzprüfung:** Protokolle und Aufnahmen d. letzten 3
- jährliche Konstanzprüfung** Protokolle (keine Aufnahmen)
- Datum d. **Sachverständigenprüfung**

→ **für Aufnahmen d. Tomosynthese:** Einsendung **nur** der scharfen Schicht (nicht das komplette Volumen); Schicht muss der Aufnahme/Dicom-Header zu entnehmen sein

### **2. Bildwiedergabegeräte**

- Protokoll d. **Abnahmeprüfung** mit Festlegung der Bezugswerte
- Protokoll d. letzten 3 messtechn.** Konstanzprüfungen
- Protokoll d. arbeitstäglichen** Grauwertwiedergabe des letzten Monats
- Bitte um Hinweis**, falls Monitore der konventionellen Radiologie genutzt werden

**Wir weisen Sie darauf hin, dass wir in der Regel keine Aufnahmen oder Protokolle nachfordern. Sollten die eingereichten Unterlagen unvollständig sein, führt dies ggf. zu einer Abstufung in der Bewertung und zu einer kostenpflichtigen Zwischenprüfung.**