

Absender / Stempel / Betreiber

Formblatt für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse gem. DIN 6868-13 (März 2012)

KONSTANZPRÜFUNG bei Aufnahmen mit digitalem Bildempfänger	
Röntgeneinrichtung: Raum: Anwendungsgerät: Generator: Hersteller: Abnahmeprüfung am:	Strahler, Typ: Serien-Nr: Filterung: mm AL Raster, Typ: Teilabnahme am:
Digitales Bildempfängersystem Gerätekenzeichnung: Bildempfänger, Typ:	Bildempfängerformat: Kassettenkenzeichnung:
Prüfmittel Prüfkörper, Typ: Hersteller: Material: Dicke: mm	Zusätzl. Cu-Platte bei 100 kV? Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Dosismessgerät: Letzte messtechn. Kontrolle am:
Aufnahmebedingungen Fokus-Bildempfänger-Abstand: cm Fokus-Strukturkörper-Abstand: cm	Brennfleck groß <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> Lichtfeldgröße cm x cm Formatautomatik abgeschaltet? Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Freie Einstellung Röhrenspannung: kV Elektrizitätsmenge: mAs	Belichtungsautomatik Röhrenspannung: kV Programm: Belichtungskorrektur: Messkammer links <input type="checkbox"/> mitte <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/>
Auswertebedingungen Auswerteprogramm: Auswertemodus: Abbildungsmaßstab V:	Fensterlage: Fensterweite: Ausgabeformat:
Zugeordnetes Bilddokumentationssystem: Abnahmeprüfung am:	Zugeordnetes Bildwiedergabegerät: Abnahmeprüfung am:
_____ Ort/Datum	_____ Unterschrift

Diese Angaben müssen mit den im Rahmen der ABNAHMEPRÜFUNG festgelegten Bedingungen übereinstimmen

