

Absender / Stempel / Betreiber

### Formblatt für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse gem. DIN 6868-4 (Stand 10/2007)

Diese Angaben müssen mit den im Rahmen der ABNAHMEPRÜFUNG festgelegten Bedingungen übereinstimmen

DSA

#### KONSTANZPRÜFUNG gem. DIN 6868-4 (Deckblatt)

Röntgeneinrichtung:	Prüfkörper:
Raum:	Typ:
Anwendungsgerät:	Hersteller:
Anzahl Ebenen:	Material:
DSA-Zusatz:	Materialstärke:
Inbetriebnahme:	Dosismessgerät:
Generator:	Typ/Seriennummer:
Hersteller:	Hersteller:
	Messzeit (s):
Strahlertyp:	Messtechnische
Seriennummer:	Kontrolle am:
	Bilddokumentation:
Eigenfilterung	Typ:
Zusatzfilterung:	Hersteller:
Filterautomatik:	Sonstiges:
Allgemeine Bedingungen:	
Fokus-Bildempfänger-Abstand:	_____
Fokus-Strukturkörper-Abstand	_____
Durchleuchtungsbedingungen:	
Dosisleistungsstufe:	_____
Regelkennlinie/Programm:	_____
(Format/Spannung/Strom) bei kont. DL:	( / / )( / / )( / / )( / / )( / / )
(Format/Spannung/Strom) bei gepulster DL:	( / / )Pulsrate: _____
Aufnahmebedingungen	
Programm:	_____
Messkammer:	_____
Zusatzfilter:	_____
_____	_____
Ort/Datum	Unterschrift

